

## Information om produktetiketten

Alla instrument och set/galler som steriliseras på steriltekniska enheten har en tre-delad strekkodsetikett som består av en stor etikett + två små kodlappar.



## Följande information finns på etiketten

1. Produktnamn = instrumentets benämning.
2. Produktnummer = instrumentets benämning i siffror (oföränderligt).
3. Enhetsnumret = löpnummer (förändras vid varje omsterilisering).
4. Tillv.dat = anger när produkten producerades.
5. Sign. = anger vem som producerade den.
6. STERILE = Anger att förpackningen har steriliserats.
7. Kund = kundmärkta instrument.
8. Anv. senast = anger hur länge produkten håller sig steril.

## OBS!

De två små kodlapparna är identiska, varför kodlappen endast kan användas vid ett tillfälle och endast till det instrument som fanns i den förpackningen (kodlapp nr två kan klistras i patientjournal).