

Problem	Orsak	Åtgärd
<b>Illamående, kräkningar.</b>  <b>Magknip och/eller diarré</b>	För snabb matning.	Sänk mattakten , använder en sondmatningspump
	För kall mat.	Rumstempererad mat.
	Kontaminerad mat	God hand och mathygien
	Födoämnesintolerans	Kontakta dietist eller läkare.
	Ventrikelretention.	Kontrollera ventrikeltömningen. Läkemedelsbehandling mot illamående
	Förstoppning.	Se över vätskebalansen vid förstoppning.
	Ospecifika buksymtom vid inledande av tillförseln	Långsam tillförsel som efterhand trappas upp
<b>Läckage</b>	För löst sittande stopplatta.	Korrigera stoppplattan den bör ej glappa varken mer eller mindre än 4-5mm, sitter stopplattan för tajt finns det risk för att vävnaden skadas.
	Trasig backventil på ballongkatetern Fel längd på "knapp"	Byt ballongkateter.

Problem	Orsak	Åtgärder
<b>Stopp i slangen</b>	<p>Ej genomspolat ordentligt</p> <p>Rester efter matning eller medicinering</p>	<p>Spola med vichyvatten, eller avslagen coca-cola.</p> <p>Mjölka på slangen.</p> <p>Aspirera.</p> <p>Om det fortfarande är stopp kontakta läkare för byte.</p>
<b>Peritonit (feber och buksmärtor)</b>	<p>Läckage av sondnäring/magsäcksinnehåll till fri bukhåla</p>	<p>Kontakta läkare snarast</p>
<b>Lättare hudrodnad</b>	<p>Otillräcklig tvättning/avtorkning</p> <p>Läckage</p> <p>Patienten drar i slangen</p>	<p>Lätta på stopplattan och rengör</p> <p>Torka torrt. Barriärkräm</p> <p>Sätt stopplattan på plats.</p> <p>Luftorka gärna, undvik täta förband.</p> <p>Ligasone (skumgummi)</p>
<b>Infektion runt stomin.</b>	<p>Svamp eller bakterier</p>	<p>Tag sårodling ,tvätta med klorhexidinlösning 2gr/dag.</p> <p>Aquacel runt stomat.</p>

Problem	Orsak	Åtgärd
<b>För hårt /tajt sittande gastrostomi</b>	<p>Viktökning.</p> <p>Knappens längd har blivit för kort.</p> <p>Stopplattan sitter för tajt.</p>	<p>Byt Knapp till rätt längd</p> <p>Justera stoppattan</p>
<b>Aspiration</b>	<p>Planläge vid matning</p> <p>Sänkt medvetandegrad, sväljsvårigheter eller tendens till ventrikelretention</p>	<p>Sluta mata omedelbart.</p> <p>Kontakta läkare</p> <p>Före sondmatningen kontrollera alltid sondens läge.</p> <p>Höjd huvudända, cirka 30o, under sondmatningen</p>
<b>Matningsslangen åker ut</b>	<p>Vattnet i ballongen har åkt ut</p> <p>Ballongen har gått sönder</p>	<p>Åtgärda snarast, stomat drar ihop sig snabbt.</p> <p>Prova om ballongen är hel.</p> <p>Sätt tillbaka ballongkatetern i stomat och fyll upp ballongen med sterilt vatten.</p>